

東京理化器械(株) **EYELA** では

■低GWP冷媒を搭載した製品の識別

2016年2月以降に生産された冷凍機搭載製品には製造番号プレートにGWP値を記載しています。また、2020年8月の生産分より、充填したフロンガスのGWP値が2500未満の製品には専用のシールが貼られています。今後、低GWP冷媒採用製品の識別として、ご活用ください。

